

2012/04/26

〒103-8435
東京都中央区日本橋本町3-6-2
小津本館ビル
小津産業株式会社
メディカルサプライ営業部
山田乃里子様
Fax 03-3663-6422

財団法人
日本食品分析センター

〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
レポートセンター

送付枚数 2枚(送付状含む)

書類送付のご案内

拝啓 毎々格別のご高配に預り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり書類をお送りいたしますのでご査収の上、
宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

受付番号 12025591
送付書類 結果速報

速報をお送りいたします。
なお、分析試験中の項目につきまして数値確認のため再検査を行っております。
以下のように予定日を変更させていただきたくお願い申し上げます。

項目名：加糖数
当初終了予定日：4月26日 ⇒ 変更後終了予定日：5月1日夕方頃

ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

以上

2012/4/26

受付番号: 12025591

page 1 / 1

No.	検体名	分析試験項目	結果	定量下限
1	ラップマスク レーヨン	医療カーク	-----	-----
		水溶性物質	5.0 mg	-----
		酸又はアルカリ	-----	-----
		酸	赤色を呈しない	-----
		アルカリ	赤色を呈しない	-----
		デキストリン又はでんぷん	赤紫色～青色を呈しない	-----
		色素	青色又は緑色を呈しない	-----
		蛍光増白剤	全面に蛍光を認めず	-----
		沈降速度	3秒間以内に沈む	-----
		その他の繊維	着色した繊維を認めず	-----
		灰分	0.21 %	-----
		有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律	-----	-----
		ホルムアルデヒド	限度内(20 µg/g以下)	-----
		溶出試験	-----	-----
		亜鉛(溶媒:水)	検出せず	0.05 µg/ml
		アルミニウム(溶媒:水)	検出せず	0.1 µg/ml
		カドミウム(溶媒:水)	検出せず	0.005 µg/ml
		総水銀(溶媒:水)	検出せず	0.001 µg/ml
		ヒ素(As ₂ O ₃ として)(溶媒:水)	検出せず	0.05 µg/ml
		重金属(Pbとして)(溶媒:水)	検出せず	1 µg/ml
		蛍光物質	溶出せず	-----
		セレウス菌	陰性/1個	-----
		大腸菌	陰性/1個	-----
		カビ数	分析試験中	分析試験中
		黄色ブドウ球菌	陰性/1個	-----
		サルモネラ	陰性/1個	-----
		緑膿菌	陰性/1個	-----